

A1C EZ 2.0

SISTEMA DI MISURAZIONE DELL'EMOGLOBINA GLICATA PER ANALISI POCT



Analizzatore portatile per il dosaggio della HbA1c

Risultati accurati con CV < 3%

Misurazioni facili e veloci

Conservazione a temperatura ambiente



Componenti

Analizzatore



Chip



Buffer A e Buffer B



Sistemi di prelievo

Strisce di test



Caratteristiche	Specifiche Tecniche
Principio di analisi	Cromatografia in affinità al boronato
Parametro analizzato	Emoglobina glicosilata (HbA1c)
Range di Misurazione	4 % - 14 %
Precisione	CV < 3% (HbA1c: 4.0% - 6.5%)
Tipo di Campione	Sangue capillare o venoso (anticoagulante: EDTA)
Volume di Campione	Circa 3 µl
Tempo di Analisi	Circa 5 minuti
Unità di Misura	Preimpostata: NGSP % ; IFCC mmol/mol
Guida Vocale	Durante tutta l'analisi
Memoria	1000 risultati
Interfacciamento	Porta mini USB per connessione a sistema HIS/LIS o a stampante termica
Bluetooth	Opzionale
Alimentazione	4 pile AAA
Dimensioni dello Schermo	47 mm x 32 mm
Peso (escluse le pile)	112 g
Condizioni di lavoro	Temperatura: 10°C – 40°C; Umidità: 30% - 70%
Condizioni di conservazione	Temperatura: 10°C – 50°C; Umidità: < 80%
Dimensioni	61,5 mm x 122,9 mm x 24,5 mm

Informazioni per ordini

Prodotto	Codice	Descrizione
A1C EZ 2.0 Analizzatore per la misurazione dell'emoglobina glicata	A1C-M21	1 Analizzatore 1 Manuale Operatore 1 Manuale per pulizia e mantenimento 1 Garanzia
A1C EZ 2.0 Strisce di analisi	A1C-S22	25 Strisce di reazione per il dosaggio dell'emoglobina glicata 1 Buffer A 1 Buffer B 25 sistemi di prelievo 1 chip 1 istruzioni d'uso
Glycohemoglobin Control Kit Sieri di controllo per emoglobina glicata	A1C-C22	2 x 0,5 ml

TECO srl

Via Nazionale delle Puglie, 27 c/o Centro Millefiori 80013 Casanuovo di Napoli (NA) - Italy
PI e CF 07313971215

Tel. 081.54 04 009 fax. 081 54 05 721 e-mail: info@tecoinstruments.com

www.tecoinstruments.com